



**Leidraad**  
**GEBRUIK VAN IMPLANTATEN**  
**BIJ GENITALE PROLAPS- EN URINE-INCONTINENTIECHIRURGIE**  
December 2025

|

| Datum Goedkeuring: 2-10-2025  
Methodiek: Consensus Based  
Discipline: Monodisciplinair  
Verantwoording: NVOG

Vervangt nota 'Gebruik van kunststof materiaal bij Prolaps Chirurgie' 2.1 uit 2014

**Colofon**

Leidraad Gebruik van implantaten bij genitale prolaps- en urine-incontinentiechirurgie

© 2025 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)

Postbus 20075

3502 LB UTRECHT

Tel. 088-1344700

Email: [kwaliteit@nvog.nl](mailto:kwaliteit@nvog.nl)

Website: [www.nvog.nl](http://www.nvog.nl)

Utrecht, 2 oktober 2025

**Alle rechten voorbehouden.**

De tekst uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën of enige andere manier, echter uitsluitend na voorafgaande toestemming van de uitgever. Toestemming voor gebruik van tekst(gedeelten) kunt u schriftelijk of per e-mail en uitsluitend bij de uitgever aanvragen, e-mail: [kwaliteit@nvog.nl](mailto:kwaliteit@nvog.nl).

### **Notabene**

Met betrekking tot transvaginale mesh voor prolaps, verwijst deze leidraad terug naar het “Standpunt Transvaginale mesh zorg in Nederland” van 18 juni 2025.<sup>1</sup> Kort samengevat wordt, in afwachting van verder onderzoek, transvaginale mesh met de BSC mesh alleen toegestaan in studieverband met een minimale follow-up van drie jaar. Herziening van deze leidraad (2) is aan de orde vanwege herziening van het standpunt met betrekking tot het Calistar S implantaat. Voor de transvaginale Calistar S mesh is de inclusie periode van de studie namelijk inmiddels behaald, maar de follow up nog niet afgerond. Uit de interim resultaten van de Nederlandse Calistar S studie blijkt dat 87% van de patiënten na 1 jaar en 83% van hen na 2 jaar aangeeft dat het veel beter of heel veel beter met hen gaat. Dit is in overeenstemming met internationaal onderzoek. Het aantal vrouwen met complicaties is beperkt (pijn/discomfort 6 en 12 maanden postoperatief 3-4%). Overwegende dat vrouwen met ernstige prolapsklachten bij wie conventionele chirurgische behandeling onvoldoende resultaat heeft gehad vaak een groot verlies van kwaliteit van leven hebben en overwegende dat de op dit moment bekende resultaten van chirurgie met het Calistar S implantaat bij de grote meerderheid van de vrouwen die deze behandeling ondergaan een duidelijke verbetering van hun klachten geeft tegen een vooralsnog acceptabel complicatie percentage is het standpunt van de NVOG dat deze zorg in Nederland aangeboden kan blijven worden. Hiervoor dient wel aan een aantal zorgvuldigheidseisen te worden voldaan, zoals beschreven in het standpunt.

**Deze leidraad (versie 3.6) wijkt onder andere op de volgende punten af van de NVOG nota ‘Gebruik van kunststof materiaal bij Prolaps Chirurgie’ 2.1 uit 2014<sup>3</sup>:**

1. Uitbreiding van het pakket van voorwaarden en aanbevelingen naar het gebruik van (kunststof) implantaten bij incontinentiechirurgie.
2. Aanwezigheid van tenminste twee gynaecologen met Urogynaecologisch Aandachtsgebied (GUA) of urogynaecologische subspecialisten in een instelling waar implantaten worden gebruikt bij prolapschirurgie (voorheen was dit een aanbeveling).
3. Preoperatief gebruik van de PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory) is als verplicht opgenomen (zie eind document).
4. De follow-up is voor zowel prolaps- als incontinentiechirurgie met een implantaat uitgebreid.
5. Verplicht verstrekken van implantaatgegevens aan de patiënt (wettelijke verplichting).
6. Verplichte registratie van implantaat en eventuele complicaties is uitgebreid met ingrepen waarbij een implantaat beoogd werd in te brengen of waarbij een implantaat werd verwijderd.
7. De nota beschrijft geen voorwaarden m.b.t. de operatie-indicatie. Hiervoor wordt verwezen naar de volgende richtlijnen: (a) Chirurgische behandeling van vaginale prolaps<sup>4</sup>; (b) Urine-incontinentie bij vrouwen<sup>5</sup>; en (c) Urine-incontinentie in de 2<sup>e</sup>-3<sup>e</sup> lijnszorg<sup>6</sup>.
8. De WBB (Werkgroep Bekkenbodemp) ziet af van een apart auditsysteem, maar ziet meer in regionale samenwerkingsverbanden en overlegstructuren. Naleving van de leidraad moet via de gangbare kwaliteitsvisiteatie gaan.
9. Het item “samenwerking met de industrie” is verwijderd. Wel een verwijzing naar de volgende gedragscodes van de KNMG: Gedragscode Belangenverstrengeling en Gedragscode Medische

<sup>1</sup> <https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2020/02/NVOG-standpunt-transvaginale-mesh-zorg-17-2-2020.pdf>.

## Hulpmiddelen.<sup>2</sup>

De leidraad sluit aan op de *Nota Eisen Normen voor Instellingen* (NENI, versie 1.0, 2015)<sup>3</sup>, de *Nota Gynaecoloog met Urogynaecologisch Aandachtsgebied* (versie 1.0, 2011)<sup>4</sup> en de *Nota Subspecialisatie Urogynaecologie* (versie 1.1, 2009)<sup>5</sup>. Omdat er inmiddels meerdere nota's bestaan met overlappende thema's, maar met verschillende publicatiedata, geldt het volgende: waar de leidraad verschilt van bovengenoemde nota's, gelden de eisen en aanbevelingen van het meest recente document.

---

<sup>2</sup> <https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneesmiddelenreclame-en-gunstbetoon-1.htm>

<sup>3</sup> <https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/02/NENI-1.0-12-11-2015.pdf>

<sup>4</sup> <https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2017/12/Gynaecoloog-met-urogynaecologie-als-aandachtsgebied-1.0-23-03-2011.pdf>

<sup>5</sup> <https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2017/12/Nota-subspecialisatie-urogynaecologie-1.1-13-11-2009.pdf>

## INHOUDSOPGAVE

|   |         |
|---|---------|
| Inleiding.....  | Pag. 5  |
| A. Voorwaarden en aanbevelingen instelling .....  | Pag. 6  |
| <i>A1. Algemene voorwaarden aan de instelling waar implantaten worden gebruikt bij prolaps- en incontinentiechirurgie .....</i> | Pag. 6  |
| <i>A2. Aanvullende voorwaarden aan de instelling waar implantaten worden gebruikt bij prolapschirurgie .....</i>                | Pag. 7  |
| <i>A3. Algemene aanbevelingen aan de instelling waar implantaten worden gebruikt bij prolapschirurgie .....</i>                 | Pag. 7  |
| <i>A4. Algemene voorwaarden en aanbevelingen m.b.t. complicaties en explantaties .....</i>                                      | Pag. 7  |
| B. Voorwaarden en aanbevelingen operateur .....   | Pag. 9  |
| <i>B1. Voorwaarden operateur .....</i>  | Pag. 9  |
| <i>B2. Aanbevelingen operateur .....</i>  | Pag. 9  |
| C. Minimale voorwaarden preoperatief besproken en vastgelegd .....  | Pag. 9  |
| Slotwoord .....   | Pag. 10 |
| Routing van de leidraad .....   | Pag. 11 |
| Auteurs namens de Werkgroep Bekkenbodem (WBB) .....   | Pag. 11 |
| Meest belangrijke links .....   | Pag. 12 |
| <b>Bijlagen:</b>  |         |
| Minimale Registratie NGR .....  | Pag. 13 |
| Vragenlijst bij bekkenbodemp Problemen .....  | Pag. 14 |
| Doelen .....  | Pag. 15 |
| PFDI-20 .....   | Pag. 16 |
| Patient Global Impression of Severity (PGI-S) .....   | Pag. 20 |
| Postoperatief (nameting) .....  | Pag. 21 |
| Scoring PFDI .....  | Pag. 22 |

## Inleiding

Het gebruik van chirurgische implantaten staat onder druk. Bij de introductie van de Tensionfree Vaginal Tape (TVT) in 1996 en later in 2004 van de Trans Vaginale Mesh (TVM) was er een golf van optimisme over de behandeling van prolaps en urine-incontinentie. Tot in de jaren negentig was de open Burch colposuspensie de gouden standaard voor de behandeling van stressurine-incontinentie (SUI) en werd laagfrequent een open sacrocolpopexie verricht vanwege recidief (top)prolaps.

Met de introductie van de TVT en TVM leken er eenvoudiger en minder risicovolle oplossingen voor deze problemen te ontstaan. Het aanvankelijke enthousiasme werd later getemperd door meldingen van complicaties die aan de plaatsing van implantaten werden toegeschreven. Sinds de waarschuwingen van de Amerikaanse toezichthouder FDA in 2011 nam het optimisme over het gebruik van TVM verder af en ook het gebruik daarvan. De Werkgroep Bekkenbodem (WBB) van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) schreef in 2010 de eerste nota om het gebruik van vaginale implantaten te reguleren.

Het doel van deze leidraad is het formuleren van criteria die bijdragen aan de kwaliteit van zorg van gynaecologen voor patiënten die prolaps- of incontinentiechirurgie ondergaan en waarbij gebruik wordt gemaakt van implantaten. Het toepassingsgebied van het kwaliteitsstandpunt versie 2.1 betrof vaginale en abdominale prolapschirurgie met implantaten (TVM, sacrocolpopexie en de rectopexie). Deze leidraad is uitgebreid met incontinentiechirurgie waarbij implantaten worden gebruikt (bijv. midurethrale slings, bulking agents).

Er is gekozen voor de terminologie van 'voorwaarde' als de samenhang met kwaliteit groot wordt verondersteld en de overeenstemming in de beroepsgroep groot was. De term 'aanbeveling' wordt gebruikt als de samenhang met kwaliteit minder hard kan worden onderbouwd of als er een minder brede consensus is bereikt. Er is een aantoonbare relatie tussen volume en kwaliteit. Volume is echter niet het enige criterium dat leidt tot kwaliteit; de klinische ervaring en vaardigheden van de behandelaar, maar ook de setting waarin de behandeling plaatsvindt, spelen een belangrijke rol. Daarmee is zowel de instelling als het portfolio van de behandelaar(s) relevant. De genoemde aantallen in deze leidraad dienen in dat licht te worden gezien. De aantallen zijn overgenomen uit de eerdere nota 'Gebruik van kunststof materiaal bij Prolaps Chirurgie' (versie 2.1, 2014) en komen voort uit consensus tussen enerzijds wetenschappelijke aanwijzingen en anderzijds meningen van inhoudsdeskundigen. Op basis hiervan kan goede zorg in redelijkheid worden gegarandeerd.

De WBB streeft ernaar dat naleving van de in deze leidraad beschreven kwaliteitsnormen bij kwaliteitsvisitaties van de NVOG wordt getoetst. Daarbij zou de focus moeten liggen op een Plan-Do-Check-Act-(PDCA) cyclus die o.a. op basis van de dashboardrapportage van de kwaliteitsregistratie gevormd kan worden.

## A. Voorwaarden en aanbevelingen instelling

### A1. Algemene voorwaarden aan de instelling waar implantaten worden gebruikt bij prolaps- en incontinentiechirurgie

1. Aanwezigheid van tenminste twee gynaecologen met Urogynaecologisch Aandachtsgebied (GUA) of urogynaecologische subspecialisten. Voor incontinentiechirurgie is één GUA met één uroloog bekwaam in het uitvoeren van incontinentiechirurgie ook voldoende.
2. De instelling waar de GUA of urogynaecoloog werkt, voldoet aan de criteria zoals geformuleerd in de *Nota Gynaecoloog met Aandachtsgebied Urogynaecologie* en de *Nota Subspecialisatie Urogynaecologie* van de NVOG, tenzij deze leidraad daar van afwijkt.
3. Preoperatief gebruik van de vragenlijst van de WBB (PFDI-20, zie eind van het document).
4. Patiënten die gepland worden voor implantaatchirurgie vanwege prolaps of recidief stress-urine-incontinentie (SUI) worden preoperatief aantoonbaar besproken in een operatie-indicatiebespreking.
5. Bij gebruik van een implantaat voor urine-incontinentie worden patiënten uitgenodigd voor een extra follow-up na drie tot 12 maanden met minimaal registratie van de Patient Global Impression of Improvement (PGI-I) ter monitoring van de uitkomsten. Dit kan desgewenst telefonisch, schriftelijk of digitaal.
6. Patiënten, die behandeld worden met de vaginale Calistar S mesh zullen gedurende drie jaar (eenmaal postoperatief en vervolgens na één jaar, twee jaar en drie jaar) worden gemonitord om eventuele laat optredende complicaties te herkennen en behandelen. De behandeling van prolaps met gebruik van dit implantaat vindt alleen plaats in zes centra (Amsterdam UMC/Bergman Clinics, UMC Utrecht/Bergman Clinics, Isala Zwolle, Amphia Ziekenhuis Breda, Spaarne Gasthuis Haarlem, Antonius Ziekenhuis Nieuwegein) onder strikte zorgvuldigheidseisen (zie standpunt transvaginale mesh)
7. Zoals vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)<sup>6</sup> en Regeling registratie implantaten<sup>7</sup>, worden implantaatgegevens zowel in het medisch dossier van de patiënt als in het Landelijk Implantaten Register (LIR) geregistreerd. Dit geldt ook voor het verwijderen van een implantaat (explantatie).<sup>8,9,10</sup>
8. De instelling verplicht zich tot registratie van het implantaat met LOT-nummer en vermelding van eventuele complicaties in de daarvoor beschikbare landelijke kwaliteitsregistratie (thans Nederlandse Gynaecologie Registratie (NGR), toekomstig Stichting Kwaliteit Obstetrie Gynaecologie (SKOG)).<sup>11</sup> Registratie hierin is ook verplicht als een implantaat beoogd werd in te

<sup>6</sup> <https://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2020-01-01>.

<sup>7</sup> <https://wetten.overheid.nl/BWBR0041242/2019-01-01>.

<sup>8</sup> <https://www.igj.nl/onderwerpen/landelijk-implantaten-register>.

<sup>9</sup> In het medisch dossier dienen de volgende zaken m.b.t. het implantaat geregistreerd te worden: naam zorgaanbieder, naam fabrikant, productnaam, producttype, unieke aanduiding, lot- of serienummer, datum implantatie, evt. datum explantatie, evt. datum overlijden.

<sup>10</sup> Omdat implantaatgegevens bij een explantatie kunnen ontbreken geldt hiervoor een inspanningsverplichting. Zie ook: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/documenten/publicaties/2018/05/22/faq-landelijk-implantaten-register>.

<sup>11</sup> Zie onderaan het document wat nu minimaal in de NGR geregistreerd moet worden. De NGR wordt doorontwikkeld en dit proces staat los van deze leidraad.

brengen, maar dit onverhoopt niet lukte (bijv. vanwege een complicatie) en bij explantaties.<sup>12</sup>

9. De dashboardrapportage van de kwaliteitsregistratie wordt jaarlijks in de vakgroep besproken en in een PDCA-cyclus vastgelegd. Beide worden gepresenteerd en besproken bij de kwaliteitsvisite, met aandacht voor de voortgang van de PDCA-cyclus.

## A2. Aanvullende **voorwaarden** aan de instelling waar implantaten worden gebruikt bij prolapschirurgie

1. In afwachting van verder onderzoek is de BSC transvaginale mesh alleen toegestaan in studieverband met een minimale follow-up van drie jaar.<sup>13,14</sup>

Dit geldt ook voor niet-synthetische transvaginale implantaten (bijvoorbeeld biomes). Voor de transvaginale Calistar S mesh is de inclusie periode van de studie inmiddels behaald, maar de follow up nog niet afgerond. Uit de interim resultaten van de Nederlandse Calistar S studie blijkt dat 87% van de patiënten na 1 jaar en 83% van hen na 2 jaar aangeeft dat het veel beter of heel veel beter met hen gaat. Dit is in overeenstemming met internationaal onderzoek. Het aantal vrouwen met complicaties is beperkt (pijn/discomfort 6 en 12 maanden postoperatief 3-4%). Overwegende dat vrouwen met ernstige prolapsklachten bij wie conventionele chirurgische behandeling onvoldoende resultaat heeft gehad vaak een groot verlies van kwaliteit van leven hebben en overwegende dat de op dit moment bekende resultaten van chirurgie met het Calistar S implantaat bij de grote meerderheid van de vrouwen die deze behandeling ondergaan een duidelijke verbetering van hun klachten geeft tegen een vooralsnog acceptabel complicatie percentage is het standpunt van de NVOG dat deze zorg in Nederland aangeboden kan blijven worden. Hiervoor dient wel aan een aantal zorgvuldigheidseisen te worden voldaan, zie hiervoor het standpunt transvaginale mesh van de NVOG.

2. In de instelling is tenminste zesmaal per jaar<sup>15</sup> een multidisciplinaire patiëntenbespreking “bekkenbodemp” met in ieder geval de urologen en de bekkenfysiotherapeuten, maar bij voorkeur ook inclusief andere betrokken specialisten (bijv. de Maag-Darm-Leverartsen (MDL)).
3. Er is minimaal één instrumenterende met aantoonbare ervaring in betreffende ingreep aanwezig bij de operatie en bij voorkeur is er een vast operatief team.

## A3. Algemene **aanbevelingen** aan de instelling waar implantaten worden gebruikt bij prolapschirurgie

1. Als een implantaat voor prolaps wordt overwogen, adviseert de WBB deze patiënten in een

---

<sup>12</sup> De WBB stimuleert ook het melden van (mogelijke) implantaat gerelateerde complicaties: <https://www.rivm.nl/meldpunt-bijwerkingen-implantaten>.

<sup>13</sup> <https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2020/02/NVOG-standpunt-transvaginale-mesh-zorg-17-2-2020.pdf>.

<sup>14</sup> Thans alleen Calistar-S in de volgende centra: (Amsterdam UMC/Bergman, UMC Utrecht/Bergman, Isala Zwolle, Amphia Ziekenhuis Breda, Spaarne Gasthuis Haarlem en Antonius Ziekenhuis Nieuwegein).

<sup>15</sup> Hierbij gaat het om het gemiddeld aantal over de drie voorgaande jaren.

interne multidisciplinaire patiëntenbespreking en/of een regionaal urogynaecologisch overleg te bespreken. De WBB stimuleert regionale overlegstructuren voor het bespreken van complexe urogynaecologische patiënten.

2. Omdat zich ook op de langere termijn recidieven en complicaties (bijv. exposures) openbaren en er geen duidelijk plateau van voorkomen bekend is<sup>16</sup>, *adviseert* de WBB patiënten uit te nodigen voor een langere follow-up tot 3 jaar
3. De uitkomsten en complicaties van mesh chirurgie worden nauwkeurig gemonitord, besproken en gerapporteerd. Dit gebeurt driemaandelijks in de landelijke werkgroep 'meshgerelateerde complicaties'. In de nabije toekomst zal deze rol onder de governancestructuur van de Stichting Kwaliteit Obstetrie Gynaecologie (SKOG) gaan vallen.

#### A4. Algemene voorwaarden en aanbevelingen m.b.t. complicaties en explantaties.

Complicaties en explantaties dienen in het medisch dossier, maar ook in de LIR en NGR geregistreerd te worden (zie A.1.6 en A1.7). Verder gelden bovengenoemde voorwaarden en aanbevelingen ook voor explantaties.<sup>17</sup> Uiteraard is er een groot verschil tussen bijvoorbeeld een excisie van een kleine vaginale exposure na een sling en een complete explantatie van een transvaginale mesh.

Vanwege deze verschillen doet de WBB een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid en adviseren we explantaties vooraf multidisciplinair of regionaal te bespreken en deze ingreep alleen te doen als daarmee ook voldoende ervaring mee is opgedaan.

---

<sup>16</sup> Milani et al. Long-term outcome of vaginal mesh or native tissue in recurrent prolapse: a randomized controlled trial. *Int Urogyn J* 2018 (29: 847-858); Nygaard et al. Long-term outcomes following abdominal sacrocolpopexy for pelvic organ prolapse. *JAMA* 2013 (309: 2016-2024); Pacquée et al. Long-term assessment of a prospective cohort of patients undergoing laparoscopic sacrocolpopexy. *Obstet Gynecol* 2019 (134: 323-32); Pécheux et al. Long-term (8.5 years) analysis of the type and rate of reoperation after transvaginal mesh repair (Prolift) in 349 patients. *Eur J Obs Gyn Reprod Biol* 2019 (232: 33-39).

<sup>17</sup> Met uitzondering van item A2.1 en A3.2.

## **B. Voorwaarden en aanbevelingen operateur**

### **B1. Voorwaarden operateur**

1. Urogynaecologisch subspecialist of gynaecoloog met Urogynaecologisch Aandachtsgebied (GUA) is de uitvoerder (of in het kader van opleiding: directe supervisor) van de prolaps- of incontinentiechirurgie met een implantaat.
2. De operateur is bekwaam in het verrichten van de beoogde ingreep. De operateur wordt als bekwaam beschouwd als:
  - a. hij/zij minimaal 20 procedures onder supervisie heeft uitgevoerd; of
  - b. als op basis van OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skill) de operateur, door een urogynaecoloog of GUA bekwaam in de ingreep, eerder als bekwaam is beoordeeld.
3. De operateur verstrekt uiterlijk een maand na de operatie schriftelijke gegevens over het implantaat aan de patiënt (productnaam, producent, LOT-nummer). Bij voorkeur met een bij het product geleverd implantatenkaartje.<sup>18</sup>
4. De operateur houdt een portfolio bij met aandacht voor het aantal ingrepen, complicaties en eventuele heroperaties (bijv. vanwege een recidief of complicatie).
5. De operateur moet elke drie jaar minimaal 20 accreditatiepunten op het gebied van de urogynaecologie halen, minimaal eens per jaar een bijeenkomst van de WBB bijwonen en minimaal eens in de drie jaar een internationaal urogynaecologisch congres bezocht hebben (bijv. EUGA, IUGA, ICS).

### **B2. Aanbevelingen operateur**

Voor het onderhouden van de vaardigheid is nog geen hard wetenschappelijk bewijs beschikbaar, maar een minimumaantal van respectievelijk 10 vaginale of 10 abdominale Mesh-operaties voor prolaps per jaar als eerste of tweede operateur wordt sterk aanbevolen.

## **C. Minimale voorwaarden preoperatief besproken en vastgelegd**

Standaard mondelinge en schriftelijke en/of digitale voorlichting die voldoet aan de gebruikelijke wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de 'Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst' (WGBO)<sup>19</sup>, inclusief de wetenschappelijke basis van de behandeling en mogelijke alternatieve behandelingen. De volgende items worden daarbij uitdrukkelijk besproken:

- a. Gebruik van een implantaat en dat een geplaatst implantaat (relatief) definitief is.
- b. Complete verwijdering van het implantaat is niet altijd mogelijk.
- c. Implantaatgerelateerde complicaties: o.a. exposure en (chronische) pijn.

---

<sup>18</sup> Zoals wettelijk vastgelegd in de regels omtrent medische hulpmiddelen. Zie bijv. <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/nieuwe-wetgeving-medische-hulpmiddelen>; en <https://wetten.overheid.nl/BWBR0041242/2019-01-01>. Vanaf mei 2021 zijn fabrikanten conform de Medical Device Regulation (MDR, EU 2017/745) ook verplicht dit kaartje bij het product te leveren.

<sup>19</sup> Zie o.a.: <https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/informed-consent.htm> (vooral: Implementatie van de WGBO Deel 2 - Informatie en toestemming en bijlage 3 daarvan).

- d. (Schriftelijke) verwijzing naar patiëntenorganisatie (thans Bekkenbodem4All).
- e. Bij prolapschirurgie: het bestaan van informatie van de IGJ.<sup>20</sup> Eventueel schriftelijk.
- f. Langere follow-up dan normaal: bij SUI drie tot 12 maanden d.m.v. de PGI-I; bij prolaps extra follow-up na één jaar d.m.v. extra controles en vragenlijsten en [voor transvaginale mesh in ieder geval gedurende 3 jaar](#)

## Slotwoord

Met deze leidraad hoopt de WBB de kwaliteit rond implantaten chirurgie te verbeteren. De WBB roept eenieder op om bedachtzaam met implantaten om te gaan. We moeten lessen trekken uit het verleden waarbij nieuwe technieken soms te snel, te breed en zonder goede evaluatie werden geïmplementeerd. Juist daarom moeten we ook waken voor een opportunistische transitie naar de sacrocolpopexie, waarbij de ingreep duidelijk lastiger en risicovoller is dan bij conventionele vaginale prolapschirurgie. Nogmaals wil de WBB van de NVOG aandringen op goede regionale samenwerkingsverbanden, waarbij in het belang van de patiënt wordt gestreefd naar concentratie van implantatenchirurgie bij prolaps.

---

<sup>20</sup> Informatie van de IGJ vanuit haar toezicht, thans: <https://www.igi.nl/onderwerpen/bekkenbodemmatjes>

## Routing van de leidraad

1. Raadpleging in het veld bij dertien leden van de WBB.
2. Het concept werd in oktober 2025 op een WBB symposium besproken en de mening van de leden werd getoetst.
3. Daarop werden enkele aanpassingen aangebracht. Deze werd in aan de leden ter stemming aangeboden.

## Auteurs namens de WBB:

Prof dr. J.P. Roovers, urogynaecoloog, Amsterdam UMC

Mw dr. A. Vollebregt, urogynaecoloog, Spaarne ziekenhuis

Dr. G.J. van Baaren, urogynaecoloog, OLVG

Mw. dr. M.K. Engberts, urogynaecoloog, Isala

## Disclaimer

*Benadrukt dient te worden dat de term ‘voorwaarde’ niet mag worden geïnterpreteerd als een voorwaarde waarvan onder geen enkel beding afgeweken mag worden. Het belang van de patiënt prevaleert en er zijn situaties denkbaar waarin afwijking van de voorwaarde op medische gronden verdedigbaar of gerechtvaardigd is. Dit betekent dat de door de werkgroep voorgestane handelwijze geldt als een richtlijn voor het handelen, maar dat er situaties zijn waarin het denkbaar en/of wenselijk is dat een andere handelwijze wordt gevolgd. Van belang is dat in een dergelijk geval de behandelend arts onderbouwt en documenteert waarom wordt afgeweken van de leidraad zoals hier beschreven. Tenslotte: waar getallen genoemd worden (bijv. aanbeveling m.b.t. volumenorm van 10 per jaar en voorwaarde van zes MDO's per jaar) wordt een gemiddeld aantal over de drie voorgaande jaren bedoeld. Het kan immers voorkomen dat dit aantal door omstandigheden incidenteel lager uitvalt zonder dat het iets over de structurele zorg zegt.*

*De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of richtlijn(modules), modelprotocollen, leidraden etc., alsmede voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG stelt zich daarentegen wel open voor attentering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze voorlichtingsfolders of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail: [kwaliteit@nvog.nl](mailto:kwaliteit@nvog.nl)).*

## Meest belangrijke links

1. NVOG Standpunt Transvaginale mesh zorg in Nederland” [18 juni 2025 NVOG-Standpunt-Transvaginale-mesh-zorg-in-Nederland-18-6-2025-definitief.pdf](#)
2. “NVOG leidraad gebruik van implantaten bij genitale prolaps en urine-incontinentie chirurgie 2020” [Moratorium voor het gebruik van kunststof materiaal \(meshes,matjes\) bij vaginale prolaps chirurgie](#)
3. NVOG Nota Gebruik van kunststof materiaal bij prolaps chirurgie mei 2014: <https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/02/Nota-Gebruik-van-kunststof-materiaal-bij-prolaps-chirurgie-2.1-22-05-2014.pdf>
4. NVOG Nota Eisen Normen voor Instellingen (NENI) 2015: [www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/02/NENI-1.0-12-11-2015.pdf](http://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/02/NENI-1.0-12-11-2015.pdf)

5. NVOG Nota Gynaecoloog met Urogynaecologie als Aandachtsgebied 2011: <https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2017/12/Gynaecoloog-met-urogynaecologie-als-aandachtsgebied-1.0-23-03-2011.pdf>
6. NVOG Nota Subspecialisatie Urogynaecologie 2009: <https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2017/12/Nota-subspecialisatie-urogynaecologie-1.1-13-11-2009.pdf>
7. FDA report on urogynecologic surgical mesh implants 2019: [www.fda.gov/medical-devices/implants-and-prosthetics/urogynecologic-surgical-mesh-implants](http://www.fda.gov/medical-devices/implants-and-prosthetics/urogynecologic-surgical-mesh-implants)
8. IUGA Position statement on midurethral slings for SUI 2018: <https://www.iuga.org/publications/position-statements>
9. IGJ informatie m.b.t. bekkenbodematjes: <https://www.igj.nl/onderwerpen/bekkenbodematjes>

# BIJLAGEN

## Minimale Registratie NGR

Hoewel deze leidraad los staat van de Nederlandse Gynaecologie Registratie (NGR), delen we ter informatie toch graag het volgende.

In de huidige versie van de NGR moeten minimaal onderstaande data geregistreerd worden. Deze data kunnen alleen voor interne kwaliteitsverbetering gebruikt worden en zijn dus niet voor derden in te zien. In het dashboard worden de uitkomsten van de behandeling vergeleken met de gemiddelden in Nederland (benchmark). Graag verwijzen we naar de gebruikersovereenkomst NGR.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Patiëntgegevens</b>            | -BSN (door ZorgTTP gepseudonimiseerd)                       |
|                                   | -Ziekenhuis patiënt nummer (door ZorgTTP gepseudonimiseerd) |
|                                   | -Geboortedatum  |
|                                   | -Lengte   |
|                                   | -Gewicht  |
|                                   |   |
| <b>Voorgeschiedenis</b>           | -Uterusextirpatie (J/N en route)                            |
|                                   | -Eerdere prolaps operatie (J/N en met/zonder Mesh)          |
|                                   | -Eerdere incontinentie operatie (J/N, type)                 |
|                                   |   |
| <b>Onderzoek, preoperatief</b>    | -POPQ: Ba, C en Bp  |
|                                   | -Aanwezigheid cervix  |
|                                   |   |
| <b>Operatie</b>                   | -Prolapsoperatie (J/N, type)                                |
|                                   | -Incontinentie chirurgie (J/N, type)                        |
|                                   | -Explantatie (J/N, wat werd verwijderd, hoe en hoeveel)     |
|                                   |   |
| <b>Type implantaat</b>            | -Type ingreep   |
|                                   | -Productnaam  |
|                                   | -Lotnummer  |
|                                   |   |
| <b>Complicatie, peroperatief</b>  | -Conversie (J/N, route)                                     |
|                                   | -Relatie complicatie met inbrengen implantaat (J/N)         |
|                                   | -Relatie complicatie met entreetechniek (J/N)               |
|                                   | -Type complicatie (NVOG)                                    |
|                                   |   |
| <b>Complicatie, postoperatief</b> | -Opname IC (J/N)  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | -Heropname (J/N)                                    |
|                                 | -Re-operatie (J/N)                                  |
|                                 | -Relatie complicatie met inbrengen implantaat (J/N) |
|                                 | -Relatie complicatie met entreetechniek (J/N)       |
|                                 | -Type complicatie (NVOG)                            |
|                                 |   |
| <b>Onderzoek, postoperatief</b> | -POPQ: Ba, C en Bp                                  |
|                                 |   |
| <b>PGI-I</b>                    | -PGI-I uitkomst                                     |

## Vragenlijst bij bekkenbodemp Problemen

Geachte mevrouw,

U bent verwezen vanwege bekkenbodemp Problemen. Dat kan gaan om een verzakking, of problemen met het plassen of de ontlasting (het poepen). Sommige vrouwen hebben ook problemen op seksueel gebied. De vragenlijst is bedoeld om uw klachten beter te begrijpen. Hierdoor kunnen we u beter behandelen. Als u deze vragenlijst na een mogelijke behandeling weer invult, kunnen we ook het resultaat van de behandeling meten. Hiermee kan de kwaliteit van zorg verbeterd worden. In Nederland wordt het gebruik van de vragenlijst voor operaties geadviseerd door de Werkgroep Bekkenbodemp van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie.

De vragenlijst bestaat uit een aantal onderdelen. Misschien zitten er vragen bij waarvan u denkt dat ze niet op u van toepassing zijn. Wij vragen u toch om alle vragen in te vullen (tenzij anders is vermeld). Het invullen duurt 15 tot 30 minuten.

## Doelen<sup>21</sup>

Welk doel wilt u met uw bezoek of behandeling behalen? U kunt uit de lijst hieronder **maximaal** drie doelen kiezen die voor u het meest belangrijk zijn. Het belangrijkste doel krijgt nummer 1, het tweede belangrijke doel krijgt nummer 2 en het derde doel krijgt nummer 3. U kunt kiezen uit de lijst met doelen, of in uw eigen woorden een doel invullen. Na een mogelijke behandeling zal u gevraagd worden of deze doelen behaald zijn.

| Mogelijke doelen  | Belangrijkheid |
|---|----------------|
| 1. Weten wat ik heb en daarover uitleg krijgen  |                |
| 2. Een behandeling  |                |
| 3. Geen gevoel van een verzakking meer hebben   |                |
| 4. Minder urineverlies hebben   |                |
| 5. Minder vaak plassen (bijvoorbeeld 's nachts)   |                |
| 6. Makkelijker kunnen ontlasten (poepen)  |                |
| 7. Minder verlies van ontlasting  |                |
| 8. Makkelijker seksueel actief kunnen zijn (minder pijn, schaamte of urineverlies bij de seks)        |                |
| 9. Beter meedoen aan sociale activiteiten (bijvoorbeeld op visite gaan, naar vereniging gaan, reizen) |                |
| 10. Mijn werk beter kunnen doen   |                |
| 11. Voor mijn kinderen kunnen zorgen  |                |
| 12. Langer of makkelijker kunnen bewegen (wandelen, fietsen, zwemmen)                                 |                |
| 13. Minder schaamte   |                |
| 14. Tevreden zijn met wie ik ben  |                |
| 15. Me minder eenzaam voelen  |                |
| 16. <i>Zelf in te vullen (vrije tekst, maximaal 100 tekens)</i>                                       |                |

---

<sup>21</sup> Niet verplicht

## Pelvic Floor Distress Inventory-20 (PFDI)

Wilt u alstublieft alle vragen van onderstaande lijst beantwoorden? Er wordt gevraagd of u bepaalde darm-, blaas-, of bekkenbodemplachten heeft. En zo ja, in hoeverre u daar last van heeft. Bij het beantwoorden van de vragen moet u denken aan de klachten die u DE AFGELOPEN 3 MAANDEN heeft gehad.

|   |  |                             |              |                |             |
|---|--|-----------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 1 | Heeft u gewoonlijk een drukkend gevoel in de onderbuik?  |                             |              |                |             |
|   | <input type="checkbox"/> Nee   | <input type="checkbox"/> Ja |              |                |             |
|   | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?   |                             |              |                |             |
|   |  | 1 helemaal niet             | 2 een beetje | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |
| 2 | Heeft u gewoonlijk een zwaar of doof gevoel in het bekkengebied?   |                             |              |                |             |
|   | <input type="checkbox"/> Nee   | <input type="checkbox"/> Ja |              |                |             |
|   | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?   |                             |              |                |             |
|   |  | 1 helemaal niet             | 2 een beetje | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |
| 3 | Heeft u gewoonlijk een uitstulping of komt er iets naar buiten, dat u kunt zien of voelen in het gebied van uw vagina?                       |                             |              |                |             |
|   | <input type="checkbox"/> Nee   | <input type="checkbox"/> Ja |              |                |             |
|   | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?   |                             |              |                |             |
|   |  | 1 helemaal niet             | 2 een beetje | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |
| 4 | Moet u soms op de vagina of rond de endeldarm drukken om ontlasting te hebben of om het af te kunnen maken?                                  |                             |              |                |             |
|   | <input type="checkbox"/> Nee   | <input type="checkbox"/> Ja |              |                |             |
|   | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?   |                             |              |                |             |
|   |  | 1 helemaal niet             | 2 een beetje | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |
| 5 | Heeft u gewoonlijk het gevoel dat u de blaas niet helemaal leeg plast?   |                             |              |                |             |
|   | <input type="checkbox"/> Nee   | <input type="checkbox"/> Ja |              |                |             |
|   | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?   |                             |              |                |             |
|   |  | 1 helemaal niet             | 2 een beetje | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |
| 6 | Moet u soms met uw vingers op een uitstulping drukken in het gebied van de vagina om te kunnen plassen of om het plassen af te kunnen maken? |                             |              |                |             |
|   | <input type="checkbox"/> Nee   | <input type="checkbox"/> Ja |              |                |             |
|   | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?   |                             |              |                |             |
|   |  | 1 helemaal niet             | 2 een beetje | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |

|   |   |                             |              |                |             |
|---|---|-----------------------------|--------------|----------------|-------------|
|   |   |                             |              |                |             |
| 7 | Heeft u het gevoel dat u te veel moet persen om ontlasting te kunnen hebben?          |                             |              |                |             |
|   | <input type="checkbox"/> Nee  | <input type="checkbox"/> Ja |              |                |             |
|   | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?  |                             |              |                |             |
|   |   | 1 helemaal niet             | 2 een beetje | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |
|   |   |                             |              |                |             |
| 8 | Heeft u het gevoel dat uw darmen nog niet helemaal leeg zijn na de ontlasting?        |                             |              |                |             |
|   | <input type="checkbox"/> Nee  | <input type="checkbox"/> Ja |              |                |             |
|   | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?  |                             |              |                |             |
|   |   | 1 helemaal niet             | 2 een beetje | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |
|   |   |                             |              |                |             |
| 9 | Heeft u gewoonlijk ongewild verlies van ontlasting als uw ontlasting goed gevormd is? |                             |              |                |             |
|   | <input type="checkbox"/> Nee  | <input type="checkbox"/> Ja |              |                |             |
|   | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?  |                             |              |                |             |
|   |   | 1 helemaal niet             | 2 een beetje | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |

|    |   |                             |                |             |  |
|----|---|-----------------------------|----------------|-------------|--|
| 10 | Heeft u gewoonlijk ongewild verlies van ontlasting als uw ontlasting dun is?                      |                             |                |             |  |
|    | <input type="checkbox"/> Nee  | <input type="checkbox"/> Ja |                |             |  |
|    | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?  |                             |                |             |  |
|    | 1 helemaal niet   | 2 een beetje                | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |  |
| 11 | Heeft u gewoonlijk last van windjes die u niet kunt ophouden?                                     |                             |                |             |  |
|    | <input type="checkbox"/> Nee  | <input type="checkbox"/> Ja |                |             |  |
|    | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?  |                             |                |             |  |
|    | 1 helemaal niet   | 2 een beetje                | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |  |
| 12 | Heeft u gewoonlijk pijn tijdens de ontlasting?  |                             |                |             |  |
|    | <input type="checkbox"/> Nee  | <input type="checkbox"/> Ja |                |             |  |
|    | Zo ja, in hoeveel last heeft u hiervan?   |                             |                |             |  |
|    | 1 helemaal niet   | 2 een beetje                | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |  |
| 13 | Ervart u een sterk gevoel van aandrang en moet u zich haasten naar het toilet voor de ontlasting? |                             |                |             |  |
|    | <input type="checkbox"/> Nee  | <input type="checkbox"/> Ja |                |             |  |
|    | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?  |                             |                |             |  |
|    | 1 helemaal niet   | 2 een beetje                | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |  |
| 14 | Komt een deel van uw darmen wel eens door de anus en stulpt die uit tijdens of na de ontlasting?  |                             |                |             |  |
|    | <input type="checkbox"/> Nee  | <input type="checkbox"/> Ja |                |             |  |
|    | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?  |                             |                |             |  |
|    | 1 helemaal niet   | 2 een beetje                | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |  |

|    |  |                             |                |             |  |
|----|--|-----------------------------|----------------|-------------|--|
| 15 | Moet u gewoonlijk vaak plassen?  |                             |                |             |  |
|    | <input type="checkbox"/> Nee   | <input type="checkbox"/> Ja |                |             |  |
|    | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?   |                             |                |             |  |
|    | 1 helemaal niet  | 2 een beetje                | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |  |
| 16 | Heeft u gewoonlijk urineverlies dat verband houdt met een gevoel van aandrang; oftewel een sterk gevoel dat u naar het toilet moet gaan? |                             |                |             |  |
|    | <input type="checkbox"/> Nee   | <input type="checkbox"/> Ja |                |             |  |
|    | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?   |                             |                |             |  |
|    | 1 helemaal niet  | 2 een beetje                | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |  |
| 17 | Heeft u gewoonlijk urineverlies dat verband houdt met hoesten, niezen of lachen?   |                             |                |             |  |
|    | <input type="checkbox"/> Nee   | <input type="checkbox"/> Ja |                |             |  |
|    | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?   |                             |                |             |  |
|    | 1 helemaal niet  | 2 een beetje                | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |  |
| 18 | Heeft u gewoonlijk kleine hoeveelheden urineverlies (druppels)?  |                             |                |             |  |
|    | <input type="checkbox"/> Nee   | <input type="checkbox"/> Ja |                |             |  |
|    | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?   |                             |                |             |  |
|    | 1 helemaal niet  | 2 een beetje                | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |  |
| 19 | Heeft u gewoonlijk moeite uw blaas leeg te plassen?  |                             |                |             |  |
|    | <input type="checkbox"/> Nee   | <input type="checkbox"/> Ja |                |             |  |
|    | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?   |                             |                |             |  |
|    | 1 helemaal niet  | 2 een beetje                | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |  |

|    |  |                             |              |                |             |
|----|--|-----------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 20 | Heeft u gewoonlijk <i>pijn of ongemak</i> in de onderbuik of rond het kruis? |                             |              |                |             |
|    | <input type="checkbox"/> Nee   | <input type="checkbox"/> Ja |              |                |             |
|    | Zo ja, hoeveel last heeft u hiervan?   |                             |              |                |             |
|    |  | 1 helemaal niet             | 2 een beetje | 3 redelijk wat | 4 vrij veel |

Scoring PFDI: zie eind van het document.

### Patient Global Impression of Severity (PGI-S)<sup>22</sup>

Kruis in het onderstaande rijtje het antwoord aan dat het beste weergeeft hoeveel hinder u OP DIT MOMENT van uw klacht ondervindt.

1. Geen
2. Een beetje
3. Matig
4. Ernstig

---

<sup>22</sup> Niet verplicht

# Postoperatief (nameting)

## PGI-I (Patient Global Impression of Improvement)

Kies uit het onderstaande rijtje het antwoord dat het beste weergeeft hoe uw situatie NU is ten opzichte van de situatie zoals die was vóór dat u werd behandeld. Wilt u het getal omcirkelen dat het meest op u van toepassing is?

1. Heel veel beter
2. Veel beter
3. Beetje beter
4. Geen verandering
5. Beetje slechter
6. Veel slechter
7. Heel veel slechter

## Behaalde doelen<sup>23</sup>

Voor de behandeling hebben we u gevraagd welk doel u met de behandeling wou halen. Kunt u aangeven of u dit doel behaald heeft en in hoeverre dat is gelukt? Bijvoorbeeld: u wilde met de behandeling geen verzakking meer voelen en u voelt nu bijna nooit meer een verzakking; dan vult u 'doel redelijk bereikt' in. Maar als u nog steeds een verzakking voelt, vult u 'doel niet bereikt' in.

| Vooraf gestelde doel | In hoeverre heeft u dit doel bereikt? |                    |                  |                  |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1.                   | Niet bereikt                          | Een beetje bereikt | Redelijk bereikt | Helemaal bereikt |
| 2.                   | Niet bereikt                          | Een beetje bereikt | Redelijk bereikt | Helemaal bereikt |
| 3.                   | Niet bereikt                          | Een beetje bereikt | Redelijk bereikt | Helemaal bereikt |

<sup>23</sup> Niet verplicht. Bij voorkeur koppelt u de vooraf gestelde doelen terug. U kunt er niet vanuit gaan dat men dit zelf onthoudt.

**PFDI-20**  
*Zie eerder.*

# Scoring PFDI

- Per vraag punten toekennen: Nee=0; Helemaal niet=1; Een beetje=2; Redelijk wat=3; en Vrij veel=4.
- Per domein aantal punten delen door het aantal vragen en dit vermenigvuldigen met 25, zodat score 0-100 per domein komt.
- Per subschaal (POPDI-6, CRAD-8 en UDI-6) gemiddelde van de score: som/aantal ingevulde vragen (range 0-100). Dus als een antwoord ontbreekt telt deze niet mee bij berekenen van het gemiddelde.
- Totale score: som van de 3 subschalen (range 0-300).
- Eventueel kunnen subschalen gepresenteerd worden (zie onder in cursief).

Origineel in vet, alternatieve subdomeinen cursief

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Totale PFDI-20 score</b>   | <b>Range 0-300</b> |
|   |                    |
| <b>I. POPDI-6 score (gemiddelde score vraag 1 t/m 6)</b>                    | <b>Range 0-100</b> |
| <i>a. Vaginaal prolapsgevoel (uitkomst vraag 3)</i>                         | <i>Range 0-100</i> |
| <i>b. Bekkenklachten / pijn (gemiddelde score vraag 1, 2 en 20)</i>         | <i>Range 0-100</i> |
|   |                    |
| <b>II. CRADI-8 score (gemiddelde score vraag 7 t/m 14)</b>                  | <b>Range 0-100</b> |
| <i>a. Obstructieve defecatie (gemiddelde score vraag 4, 7, 8, 12 en 14)</i> | <i>Range 0-100</i> |
| <i>b. Fecale incontinentie (gemiddelde score vraag 9,10, 11 en 13)</i>      | <i>Range 0-100</i> |
|   |                    |
| <b>III. UDI-6 score (gemiddelde score vraag 15 t/m 20)</b>                  | <b>Range 0-100</b> |
| <i>a. Stress UI (gemiddelde score vraag 17 en 18)</i>                       | <i>Range 0-100</i> |
| <i>b. Urgency UI (gemiddelde score vraag 15 en 16)</i>                      | <i>Range 0-100</i> |
| <i>c. Obstructieve mictie (gemiddelde score vraag 5, 6 en 19)</i>           | <i>Range 0-100</i> |